

MEDICAL DEVICE NOTIFICATION CARD
 MEDIZINPRODUKTEPASS
 PASSEPORT DU DISPOSITIF MÉDICAL
 CERTIFICATO DI VIAGGIO PER DISPOSITIVI MEDICI

1

IT
 Sono affetto da diabete e utilizzo un trasmettitore (trasmettitore) esterno deve essere rimosso.
 Il sensore e il trasmettitore possono passare senza alcun rischio attraverso la maggior parte dei sistemi di sicurezza presenti negli aeroporti o altrove.
 Occorre rispettare le norme e prescrizioni locali dell'aeroporto e della compagnia aerea riguardo all'impiego di dispositivi elettronici fissati sul braccio direttamente sopra il sensore. Il sensore e il trasmettitore e il sistema CGM Eversense XL può essere utilizzato senza pericolo sui voli delle compagnie aeree commerciali. Lo Smart Transmitter Eversense è un dispositivo medico elettronico portatile (Medical-Portable Electronic Device, M-PED) con un livello di emissioni che soddisfa i requisiti FAA per l'uso durante il volo in tutte le modalità di utilizzo.*
 * Circolare n. 21-16G del 22.06.2011 dell'Amministrazione dell'Aviazione Federale statunitense (FAA)

EN
I have diabetes and I am using a medical device that is prescribed by my physician for continuously monitoring my glucose.
The device includes an electronic sensor that has been implanted in my upper arm, and an electronic transmitter worn on my arm over the sensor. The sensor and the transmitter communicate using wireless technology.
 MRI scans are possible under conditions which are available at: www.eversensediabete.com/safety-info. The MRI specialist must be informed that I am wearing an Eversense sensor. The Sensor does **not** need to be removed from under the skin, the Smart Transmitter is MR unsafe and **must be removed before** undergoing an MRI procedure.

It is safe to take the **sensor and transmitter** through most airport and other security systems.
 Follow local airport and airline rules and regulations regarding the use of electronic wireless devices during takeoff, landing and flight. The Eversense XL CGM System is safe for use on commercial airlines. The Eversense Smart Transmitter is a Medical Portable Electronic Device (M-PED) with emission levels that meet FAA mandates for use in all modes while in flight.*
 * FAA Advisory, Circular #21-16G, dated 6.22.11

DE
Ich habe Diabetes und verwende ein Medizinprodukt, das mir von meinem Arzt zur kontinuierlichen Überwachung meines Glukosespiegels verordnet wurde.
Das Gerät ist mit einem elektronischen Sensor ausgestattet, der in meinem Oberarm implantiert wurde, sowie mit einem elektronischen Transmitter, der auf meinem Oberarm direkt über dem Sensor befestigt ist. Sensor und Transmitter kommunizieren drahtlos.
 MRT-Untersuchungen sind unter gewissen Umständen möglich. Informationen unter: www.eversensediabete.com/safety-info. Die MRT-Fachperson muss jedoch informiert werden, dass ich einen Eversense-Sensor trage. Der Sensor muss **nicht** entfernt werden. Der Smart Transmitter **mus** entfernt werden.

FR
Le capteur et le transmetteur peuvent passer sans danger la plupart des systèmes médicaux qui n'ont pas été prescrits par mon médecin pour le contrôle de mon taux de glucose en continu.
Je suis diabétique et j'utilise un dispositif médical qui n'a été prescrit par mon médecin que pour le contrôle de mon taux de glucose en continu.
Ce dispositif est doté d'un capteur électronique, qui a été implanté dans la partie supérieure de mon bras, et d'un transmetteur électronique, fixé sur la partie supérieure de mon bras directement au-dessus du capteur. Le capteur et le transmetteur communiquent sans fil.
 Les examens IRM sont possibles dans certaines circonstances qui sont disponibles sur www.eversensediabete.com/safety-info. Le technicien IRM doit être informé que je porte un capteur Eversense. Le capteur **ne a pas besoin** d'être retiré. Seul le transmetteur doit être retiré.
 * Circulaire no 21-16G de l'Agence fédérale américaine de l'aviation (FAA) en date du 22.06.2011

DE
Ich habe Diabetes und verwende ein Medizinprodukt, das mir von meinem Arzt zur kontinuierlichen Überwachung meines Glukosespiegels verordnet wurde.
Das Gerät ist mit einem elektronischen Sensor ausgestattet, der in meinem Oberarm implantiert wurde, sowie mit einem elektronischen Transmitter, der auf meinem Oberarm direkt über dem Sensor befestigt ist. Sensor und Transmitter kommunizieren drahtlos.
 MRT-Untersuchungen sind unter gewissen Umständen möglich. Informationen unter: www.eversensediabete.com/safety-info. Die MRT-Fachperson muss jedoch informiert werden, dass ich einen Eversense-Sensor trage. Der Sensor muss **nicht** entfernt werden. Der Smart Transmitter **mus** entfernt werden.

FR
Le capteur et le transmetteur peuvent passer sans danger la plupart des systèmes médicaux qui n'ont pas été prescrits par mon médecin pour le contrôle de mon taux de glucose en continu.
Je suis diabétique et j'utilise un dispositif médical qui n'a été prescrit par mon médecin que pour le contrôle de mon taux de glucose en continu.
Ce dispositif est doté d'un capteur électronique, qui a été implanté dans la partie supérieure de mon bras, et d'un transmetteur électronique, fixé sur la partie supérieure de mon bras directement au-dessus du capteur. Le capteur et le transmetteur communiquent sans fil.
 Les examens IRM sont possibles dans certaines circonstances qui sont disponibles sur www.eversensediabete.com/safety-info. Le technicien IRM doit être informé que je porte un capteur Eversense. Le capteur **ne a pas besoin** d'être retiré. Seul le transmetteur doit être retiré.
 * Circulaire no 21-16G de l'Agence fédérale américaine de l'aviation (FAA) en date du 22.06.2011

DE
Ich habe Diabetes und verwende ein Medizinprodukt, das mir von meinem Arzt zur kontinuierlichen Überwachung meines Glukosespiegels verordnet wurde.
Das Gerät ist mit einem elektronischen Sensor ausgestattet, der in meinem Oberarm implantiert wurde, sowie mit einem elektronischen Transmitter, der auf meinem Oberarm direkt über dem Sensor befestigt ist. Sensor und Transmitter kommunizieren drahtlos.
 MRT-Untersuchungen sind unter gewissen Umständen möglich. Informationen unter: www.eversensediabete.com/safety-info. Die MRT-Fachperson muss jedoch informiert werden, dass ich einen Eversense-Sensor trage. Der Sensor muss **nicht** entfernt werden. Der Smart Transmitter **mus** entfernt werden.

My Name / Mein Name / Mon nom / Il mio nome: _____

My prescribing physician name / Name des verordnenden Arztes / Nom du médecin prescripteur / Nome del medico prescritore: _____

Phone number / Telefonnummer / Numero di telefono: _____

Ascensia Diabetes Care Service
 Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
 Peter Meier-Strasse 90
 4052 Birmulz
 Switzerland
 www.ascensia-diabetes.ch
 PPF-SENS-GBL-0053

eversense XL
 Continuous Glucose Monitoring System
 MANUFACTURED BY
 ASCENSIA DIABETES CARE SWITZERLAND AG
 Peter Meier-Strasse 90
 4052 Birmulz
 Switzerland
 www.eversensediabete.com
 MFD 208787-7055 | USA 1
 © 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved.



MEDICAL DEVICE NOTIFICATION CARD
 MEDIZINPRODUKTEPASS
 PASSEPORT DU DISPOSITIF MÉDICAL
 CERTIFICATO DI VIAGGIO PER DISPOSITIVI MEDICI



2